

Dot.: Zaproszenia do składania ofert na zakup rękawic chirurgicznych, neoprenowych.

W nawiązaniu do zapytań Oferentów, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o grubości na dłoni 0,18-0,19 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o grubości na dłoni 0,18-0,19 mm, pozostałe wymagania bez zmian.

2. Czy zamawiający dopuści podanie parametru siły zrywania (Norma EN 455-2) przed starzeniem

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie parametru siły zrywania (Norma EN 455-2) przed starzeniem, pozostałe wymagania bez zmian.

3. W związku z oczekiwaniem Zamawiającego :

„Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: - wyników badań na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 16523-1 i potwierdzenie uzyskania poziomu ochrony min. 2 (czas przenikania ≥ 30 minut) dla co najmniej 3 substancji użytych w badaniu” oraz wymogu aby rękawica była Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. III czy Zamawiający będzie oczekiwał Środka ochrony indywidualnej kat. III/ Typ B?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

4. Grupa 1, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, o grubości na palcu $0,20 \pm 0,02$, na dłoni $0,18 \pm 0,02$, długości min 280 – 300 w zależności od rozmiaru, rozmiary od 6 do 9?


Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

5. Grupa 1, pozycja 1 - Wymagania

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic przebadanych na cytostatyki: Etopozyd poziom ochrony 3; Paclitaxel® poziom ochrony 3, Tiotepa poziom ochrony 3; Dakarbazyna poziom ochrony 3; Ifosfamid poziom ochrony 3; Mitoksantron poziom ochrony 3; Siarczan winkrystyny poziom ochrony 4; Chlorowodorek daunorubicyny poziom ochrony 4 – potwierdzone wynikami badań?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Specjalista
ds. gospodarki materiałowej


Klaudia Kryger