


**CENTRUM ONKOLOGII
IM. PROF. F. ŁUKASZCZYKA
W BYDGOSZCZY
ul. dr Izabeli Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz**

**ogłasza pisemny przetarg ofertowy
na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Centrum Onkologii**

PRZEDMIOT PRZETARGU OFERTOWEGO:

Akcelerator śródoperacyjny z systemem dozymetrii Mobetron 2000

- 1) Producent: IntraOp Medical Corporation
- 2) Data prod.: 09.2012
- 3) Nr ser.: 0046
- 4) Nr inw.: 116329



1. Cechy charakterystyczne akceleratora.

‘MOBETRON’ jest mobilnym, liniowym akceleratorem elektronowym, znajdującym zastosowanie w Elektronowej Radioterapii Śródoperacyjnej – IOERT oraz terapii zewnętrzną wiązką elektronów.

Konstrukcja systemu akceleratora ‘MOBETRON’ umożliwia przeprowadzanie elektronowej radioterapii śródoperacyjnej w standardowych salach operacyjnych, **bez stosowania dodatkowych osłon w obiekcie**. Akcelerator jest sprawny technicznie.

2. Zakres energii wiązki elektronowej i moce dawki.

Energia	D80% (± 2mm)	Moce Dawki przy Dmax (nominalne, pole kołowe 10 cm)
6 MeV	2 cm	10 Gy/min
9 MeV	3 cm	10 Gy/min
12 MeV	4 cm	10 Gy/min

3. Wymiary fizyczne i waga akceleratora

1) Moduł terapeutyczny w położeniu terapeutycznym:

- długość: 2410 mm
- szerokość: 1090 mm
- wysokość: 2760 mm

2) Moduł terapeutyczny w położeniu transportowym:

- długość: 2410 mm
- szerokość: 1090 mm
- wysokość: 1980 mm
- masa modułu terapeutycznego: 1 335 kg

3) Pulpit Sterowniczy:

- długość: 660 mm
- szerokość: 710 mm
- wysokość: 1220 mm
- masa pulpitu sterowniczego: 66 kg
- długość przewodów połączeniowych pulpitu sterowniczego z modułem terapeutycznym wynosi: 21000 mm.

4) Zasilanie:

- system akceleratora śródoperacyjnego MOBETRON jest zasilany z gniazda 240V 50Hz. Pobór moc: 1,0 kVA, przerywany: 1,5 kVA.

4. Podzespoły mechaniczno-elektryczne akceleratora, komponenty:

- 1) mobilny podnośnik transportowy o nośności ok. 2000 kg z elektrycznie sterowanym napędem – będący stały element systemu akceleratora;
- 2) zestaw aplikatorów – 45 sztuk (o różnych kątach końcówek (0°, 15° i 30°) oraz rozmiarach pola od 30 mm do 100 mm (co 5 mm). Wszystkie aplikatory MOBETRONu posiadają kształt kolisty i długość 300 mm. Dla każdego aplikatora są dostępne tzw. Bolusy Akrylowe o grubości 10 mm i 5 mm.)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Ogłędziny akceleratora możliwe będą po uprzednim uzgodnieniu terminu z Ogłoszeniodawcą. Kontakt ws. ogłoszenia: Zespół ds. Technologii Medycznych tel. 52 374 33 68/52 374 39 73, e-mail: kotlarekp@co.bydgoszcz.pl; krotoszynskak@co.bydgoszcz.pl.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU:

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty pisemnie w Kancelarii Centrum Onkologii lub elektronicznie pod warunkiem jej dostarczenia również do Kancelarii Centrum Onkologii – skrzynka nr 44 (w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze) do dnia **26.01.2024r. do godz. 09:00**. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **26.01.2024r. o godz. 09:10** w bud. B, I piętro, pok. 143.
2. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach oznaczonych informacją „**Postępowanie przetargowe dotyczące sprzedaży Akceleratora śródoperacyjnego z systemem dozimetrii Mobetron 2000**” oraz danymi identyfikującymi Wykonawcę, należy składać do Zespołu ds. Technologii Medycznych – skrzynka nr 44 w Kancelarii

Centrum Onkologii w Bydgoszczy. UWAGA – Oferty można także składać w formie elektronicznej na adres e-mail: kotlarekp@co.bydgoszcz.pl.

3. Oferty, które mogą składać osoby fizyczne i prawne powinny zawierać:
 - 1) imię i nazwisko lub nazwę firmy Oferenta, adres, serię i numer dowodu osobistego lub nr NIP (jeżeli dotyczy), dane do kontaktu (nr telefonu, faksu, e-mail),
 - 2) oferowaną cenę nabycia w złotych na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia (oferowana cena netto nie może być niższa niż cena wywoławcza).
4. Do oferty należy załączyć:
 - 1) formularz ofertowy,
 - 2) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu oferty i nie wnosi do tego stanu żadnych uwag,
 - 3) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się i akceptacji wymagań przetargu ofertowego, w tym zapisów umowy,
 - 4) odpis z właściwego rejestru (jeżeli dotyczy),podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji, a w przypadku Oferenta, którego reprezentuje pełnomocnik oryginał pełnomocnictwa, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
5. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU OFERTOWEGO:

1. Kupującym zostaje Oferent, który zaoferował najwyższą cenę nabycia spośród złożonych ofert.
2. Umowa kupna – sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu ofertowego i wyborze oferty. O wyniku przetargu i terminie zawarcia umowy Sprzedający poinformuje wybranego Oferenta niezwłocznie.
3. Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty za akcelerator w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
4. Akcelerator będzie dostępny dla Kupującego niezwłocznie, od dnia uprawomocnienia umowy kupna-sprzedaży.
5. W przypadku złożenia tej samej ceny nabycia przez Oferentów, Sprzedającemu przysługuje prawo dobrowolnego wyboru Oferenta lub wezwania Oferentów do złożenia ofert dodatkowej.
6. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan urządzenia objętego przetargiem ofertowym, ani nie odpowiada za wady ukryte.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu oraz jego unieważnienia bez podania przyczyny.
8. Sprzedający odrzuca ofertę w przypadku, gdy:
 - została złożona po terminie,
 - została złożona przez osobę nieuprawnioną,
 - nie zawiera wymaganych dokumentów lub dokumenty są niekompletne, niezgodne z wymaganiami określonym w przetargu, są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.O odrzuceniu oferty Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Oferenta.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenia

Załącznik nr 3 - Umowa

Załącznik nr 4 - Wymagania w zakresie BHP i ppoż. dla firm współpracujących, których pracownicy wykonują prace na terenie Centrum Onkologii

Załącznik nr 5 - Informacja o zagrożeniach występujących na terenie Centrum Onkologii dla firm współpracujących z Centrum

p.p. DYREKTORA
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy


prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski

.....
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej