

Zakres integracji informatycznej z systemem laboratoryjnym Udzielającego zamówienia:

1. Przyjmujący zamówienie musi posiadać system informatyczny wspomagający pracę laboratorium umożliwiający zintegrowane przyjmowanie zlecenia na badanie z systemu informatycznego Clininet Udzielającego zamówienia oraz wysyłanie wyniku badania do systemu informatycznego Clininet Udzielającego zamówienia poprzez interfejs HL7.

2. Zakres integracji międzysystemowej musi obejmować:

1) Zlecenia:

- a) tryb badania: normalny, cito/pilny,
- b) rozpoznanie kliniczne ze skierowania ICD 10,
- c) jednostka kierująca,
- d) pacjent: imię i Nazwisko, ID, PESEL, adres, płeć,
- e) numer zlecenia,
- f) numer próbki,
- g) data i godzina pobrania (dla każdego materiału),
- h) osoba pobierająca materiał ( dla każdego materiału),
- i) lekarz zlecający,
- j) data i godzina wystawienia zlecenia,

2) Wynik:

- a) pacjent: imię i nazwisko, ID, PESEL, adres, płeć,
- b) osoba wykonująca/autoryzująca wynik,
- c) całościowe wyniki badań ( dla wszystkich badań i parametrów),
- d) jednostki pomiarowe SI,
- e) przesyłanie przekroczenia wartości referencyjnych wyników badań,
- f) numer badania,
- g) numer zlecenia,
- h) numer próbki,
- i) data i godzina wykonania badania,
- j) jednostka wykonująca.