

INFORMACJA

Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, integracja z siecią LAN szpitala oraz uruchomienie bezobsługowego systemu monitoringu temperatury i wilgotności w 13 punktach pomieszczeń i 32 urządzeniach chłodniczych Apteki oraz Pracowni Cytostatycznej.

W odpowiedzi na pytania Oferentów Zamawiający wprowadza n/w zmiany do Wymagań oraz wzoru umowy:

1. Zamawiający dopuszcza generowanie alarmu nie dla jednokrotnego pomiaru poza normą, ale utrzymującego się błędnego wyniku pomiaru trwającego dłużej niż 10 min. (zwłoka 10-60min.)
2. W przypadku sond lodówkowych w celu możliwości zastosowania płynu buforującego Zamawiający dopuszcza zastosowanie sondy na kablu.
3. Zamawiający zmienia czas reakcji na 24 godz. w dni robocze.

DYREKTOR
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy

prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski

.....
Podpis Dyrektora Centrum Onkologii w Bydgoszczy
lub osoby upoważnionej