

dot. Ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert na „Filtry bakteryjno-wirusowe i klipsy na nos”

Sprostowanie odpowiedzi:

Grupa 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do zaoferowania filtra bakteryjno-wirusowego równoważnego względem wyrobu opisanego w zapytaniu ofertowym.

Pragniemy wskazać, że oferowany przez nas filtr jest w pełni kompatybilny z urządzeniami spirometrycznymi oraz spełnia kluczowe wymagania jakościowe i użytkowe.

Parametry oferowanego filtra

- filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny,
- zintegrowany ergonomiczny ustnik z wpustkami pod zęby zapewniający szczelne objęcie ustami i pewny chwyt,
- materiał filtracyjny wykonany z włókien polimerowych odpornych na skrajne warunki środowiskowe oraz przeciwdziałających rozwojowi bakterii i grzybów,
- obudowa wykonana z polipropylenu,
- opór przepływu:
 - o przy 30 l/min (0,5 l/s): < 29 Pa (< 0,29 cm H₂O),
 - o przy 60 l/min (1,0 l/s): < 57 Pa (< 0,58 cm H₂O),
 - o przy 90 l/min (1,5 l/s): < 88 Pa (< 0,89 cm H₂O),
 - o przy 720 l/min (12 l/s): < 1202 Pa (< 12,2 cm H₂O),
- skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE): 99,9999%,
- skuteczność filtracji wirusowej (VFE): 99,9939%,
- przestrzeń martwa: 73 ml,
- masa filtra: 32 g,
- wymiary: 94 mm × 94 mm,
- złącze od strony pacjenta: zintegrowany ustnik,
- złącze od strony urządzenia:
 - o średnica zewnętrzna (OD): 34 mm,
 - o średnica wewnętrzna (ID): 29,3 mm.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że wymagana przez Zamawiającego średnica wewnętrzna przyłącza wynosi 29,25 mm (+/- 2%), natomiast oferowany przez nas filtr posiada średnicę 29,3 mm, co potwierdza jego pełną kompatybilność z wymaganym przyłączem.


Ponadto oferowany produkt osiąga skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej na poziomie nie gorszym od wymaganego przez Zamawiającego, zapewniając wysoki poziom ochrony pacjenta oraz personelu medycznego podczas wykonywania badań spirometrycznych.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie możliwości zaoferowania filtra równoważnego o wskazanych parametrach technicznych, kompatybilnego z użytkowanym sprzętem i spełniającego wymagania funkcjonalne Zamawiającego, pomimo różnic w zakresie parametrów konstrukcyjnych niemających wpływu na bezpieczeństwo, skuteczność filtracji oraz jakość wykonywanych badań.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego produktu

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie opisu przedmiotu:

Filtr bakteryjno-wirusowy, używany do spirometrów do wykonania spirometrii i zaawansowanych badań PTF (bodypletyzmografia i dyfuzja), jednorazowego użytku, ustnik owalny od strony pacjenta, ułatwiający szczelne objęcie ustami, o skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,999% przy przepływie 30 l/min, Gęstość warstwy filtrującej min 229 g/m², średnica warstwy filtrującej min 80mm, waga filtra 36 gram (+/- 5 g), średnica wewnętrzna od strony aparatu 29,25 (+/- 2%), połączenie stożkowe, przestrzeń martwa 55 ml (+/-3%), opór filtra poniżej 100 Pa*s/L przy przepływie 14 L/s, nie zawiera DEHP, BPA, PCV, Lateksu, pakowany po 1 sztuce

Referent
ds. gospodarki materiałowej

mgr Agnieszka Kudłaska